



## Clarificare 1.

### 1. Intrebare:

- Deoarece on line nu gasim caracteristicile modelului Forma indicat de dvs si, pentru a nu fi neclaritati, va rugam sa precizati:
- tipul congelatorului oferit: orizontal sau vertical?
- volumul aproximativ al acestuia
- alte caracteristici considerate eliminatorii, altele decat "stocare a 24.000 probe" de 1.5/2ml
- daca la livrare echipamentul trebuie sa vina insotit de rackuri si, daca da, ce numar de probe trebuie sa stocheze acestea.

### 2.Raspuns:

Cerinte tehnice detaliate pentru Congelator -80°C

Congelator vertical pentru temperaturi foarte scăzute -80°C.

Capacitatea congelatorului să fie de minim 340litri, minim 24000 criotuburi.

Echipare. Congelatorul să fie echipat cu:

- cel puțin 3 rafturi cu uși interioare,
- minim 4 rackuri metalice a câte 3 rafturi și 4 rackuri metalice a câte 4 rafturi
- cutii de stocare care să permit stocarea a minim 24000 de criotuburi de 1,5-2 ml.

Echipamentul să fie dotat cu sistem integrat de mentenanță ce monitorizează funcționarea echipamentului, să fie dotat cu afișaj electronic și domeniul de temperatură să fie cuprins în intervalul -50°C ... -86°C.

Mai jos este Răspunsul pentru Clarificare la anunț publicitate 155476/22.02.2018, poz. 3

"Congelator -80 grade C, FORMA"

tipul cogelatorului oferit: orizontal sau vertical?

Răspuns. Congelatorul trebuie să fie vertical.

volumul aproximativ al acestuia.

Răspuns. Congelator cu volumul minim de 340 litri

alte caracteristici considerate eliminatorii

Răspuns. Echipamentul să fie dotat cu sistem integrat de mentenanță ce monitorizează

funcționarea echipamentului, să fie dotat cu afișaj electronic și domeniul de temperatură să fie cuprins în intervalul -50°C ... -86°C.

Echipare. Congelatorul să fie echipat cu:

- cel puțin 3 rafturi cu uși interioare,
- minim 4 rackuri metalice a câte 3 rafturi și 4 rackuri metalice a câte 4 rafturi
- cutii de stocare care să permit stocarea a minim 24000 de criotuburi de 1,5-2 ml.

daca la livrare echipamentul trebuie să vină însoțit de rackuri și cutii și, daca da, ce număr de probe trebuie să stocheze acestea.

Răspuns. Da, la livrare echipamentul trebuie să vină însoțit de rackuri și cutii.

Echipamentul trebuie să fie furnizat cu minim 4 rackuri metalice a câte 3 rafturi și 4 rackuri

metalice a câte 4 rafturi și cutii de stocare care să permită stocarea a minim 24000 de criotuburi de 1,5-2 ml

2. Intrebare: Cu tot respectul de care va asiguram, facem precizarea ca, varianta publicata pe site licitatie.ro, nu va asigura o achizitie corecta, neputnat la dispozitia furnizorilor caracvteristici minimale pentru a putea primi oferte.

Va rugam sa analizati daca o noua publicare – cu caracteristici minimale specificate – nu ar fi de ajutor.

2. Raspuns: Publicarea privind achizitia directa a congelatorului si frigiderului pentru proiectul Microdiab s-a facut pe site-ul institutiei noastre [www.usv.ro](http://www.usv.ro) ( unde s-a atasat si datele tehnice ale echipamentelor) si in SEAP, prin urmare nu stim site-ul licitatie.ro ce date a preluat.

Sef serviciu achizitii

Jr. Eugenia MUNTEANU

